



3	<p>Persyaratan Teknik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelengkapan komponen pesawat sinar-x</li> <li>b. Pesawat sinar-x terdiri dari pembangkit tegangan tinggi</li> <li>c. Dinding setiap ruangan pemeriksaan dilapisi timbal (Pb) / bata merah 20cm</li> <li>d. Ada ruang tunggu pasien</li> <li>e. Ada ruangan pengolahan film</li> <li>f. Ada ruang ganti pasien</li> </ul>	Perka Bapeten No.8 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>√</li> <li>√</li> <li>√</li> <li>√</li> <li>√</li> <li>√ (Kecuali MRI)</li> </ul>	
4	<p>Verifikasi Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan paparan radiasi pada fasilitas baru yang digunakan dan fasilitas yang mengalami perubahan</li> <li>b. Melakukan uji kesesuaian pesawat</li> <li>c. Melakukan identifikasi paparan potensial</li> <li>d. Memiliki program penanggulangan paparan darurat</li> </ul>	Perka Bapeten No.8 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>√</li> <li>√</li> <li>√</li> </ul>	√