

TELAAH DOKUMEN

No	Variabel	Hasil Telaah Dokumen
1	Jaminan Kualitas	<p>Terdapat data hasil dari kalibrasi alat C-Arm dengan Nomor 0062//SHKJ// C-Arm /Alat Xray telah dikalibrasi pada tanggal 16-11-2017 dan akan dikalibrasi lagi 16-11-2017 dengan hasil kalibrasi baik dan aman untuk digunakan.</p> <p>Terdapat data hasil dari kalibrasi alat-alat proteksi radiasi : dengan Nomor 0063//SHKJ// Apron/ Alat proteksi radiasi tanggal 16-11-2017 dan akan dikalibrasi lagi 16-11-2018 dengan hasil kalibrasi ada 11 apron yang masih baik dan layak untuk digunakan dan terdapat 2 apron yang sudah bocor dan tidak layak pakai.</p> <p>Nomor 0064//SHKJ// Pelindung Tyroid/ Alat proteksi radiasi dengan hasil baik dan layak untuk digunakan.</p>